

Examen · TEMA INSTRUMENTAL SANITARIO

1. Son materiales de exploración:

- a) Depresor lingual, oftalmoscopio y espejo frontal.
- b) Estetoscopio, pinzas de campo y pinza de Allis.
- c) Cefalómetro, pinza de Forester y separador de Roux.
- d) Estetoscopio, laringoscopio y pinza de disección recta.

2. El material que permite separar o dividir los tejidos durante la intervención se llama:

- a) De aprehensión.
- b) De diéresis.
- c) De disección.
- d) De exposición.

3. En cuanto a la lubricación:

- a) En las lavadoras se hace de forma automática.
- b) A mano se hace por aplicación directa o vaporización.
- c) Las respuestas a) y b) son ciertas.
- d) Ninguna respuesta es cierta.

4. Entre el material de síntesis se encuentran:

- a) Portaagujas de Mayo-Hegar.
- b) Portaagujas de Mathiew.
- c) Agujas de sutura.
- d) Todas las anteriores.

5. Para retirar suturas se suele emplear:

- a) Tijera de Metzenbaum.
- b) Tijera de Littaver.
- c) Tijera de Mayo.
- d) Tijera de vendajes.

6. Acerca del carro de curas, no es cierto que:

- a) Tiene dos bandejas, ruedas y recipiente de sucio.
- b) Existe en todas las salas de hospitalización.
- c) Suele guardarse en la sala de curas o en el control.
- d) Lo repone la enfermera.

7. No es una causa de deterioro del material:

- a) Usar productos de limpieza inadecuados.
- b) Dejar sin limpiar el material nuevo.
- c) Dejarlo almacenado mucho tiempo.
- d) Dejar residuos sobre la superficie.

8. En cuanto al mantenimiento del material, señala la afirmación falsa:

- a) Cada material debe usarse para el uso previsto.
- b) Antes de la primera esterilización hay que lavarlo a mano.
- c) Al terminar de limpiarlo se secará.
- d) Se lubricará si fuese preciso.

9. Decimos del material que tiene un sistema de cierre, que lo deja fijo, que es:

- a) Regulable.
- b) De mordida.
- c) Ajustable.
- d) Autorretentivo.

10. La parte activa de un instrumento de uso sanitario es:

- a) La punta o extremo de este.
- b) La parte que entrará en contacto con los tejidos.
- c) La parte que puede tener o no dientes, punta roma o aguda, etc.
- d) Todas las respuestas son correctas.

soluciones

1. Son materiales de exploración:

- a) Depresor lingual, oftalmoscopio y espejo frontal.
- b) Estetoscopio, pinzas de campo y pinza de Allis.
- c) Cefalómetro, pinza de Forester y separador de Roux.
- d) Estetoscopio, laringoscopio y pinza de disección recta.

Respuesta:

La respuesta correcta es la a)

2. El material que permite separar o dividir los tejidos durante la intervención se llama:

- a) De aprehensión.
- b) De diéresis.
- c) De disección.
- d) De exposición.

Respuesta:

La respuesta correcta es la b)

3. En cuanto a la lubricación:

- a) En las lavadoras se hace de forma automática.
- b) A mano se hace por aplicación directa o vaporización.
- c) Las respuestas a) y b) son ciertas.
- d) Ninguna respuesta es cierta.

Respuesta:

La respuesta correcta es la c)

4. Entre el material de síntesis se encuentran:

- a) Portaagujas de Mayo-Hegar.
- b) Portaagujas de Mathiew.
- c) Agujas de sutura.
- d) Todas las anteriores.

Respuesta:

La respuesta correcta es la d)

5. Para retirar suturas se suele emplear:

- a) Tijera de Metzenbaum.
- b) Tijera de Littaver.
- c) Tijera de Mayo.
- d) Tijera de vendajes.

Respuesta:

La respuesta correcta es la b)

6. Acerca del carro de curas, no es cierto que:

- a) Tiene dos bandejas, ruedas y recipiente de sucio.
- b) Existe en todas las salas de hospitalización.
- c) Suele guardarse en la sala de curas o en el control.
- d) Lo repone la enfermera.

Respuesta:

La respuesta correcta es la d)

7. No es una causa de deterioro del material:

- a) Usar productos de limpieza inadecuados.
- b) Dejar sin limpiar el material nuevo.
- c) Dejarlo almacenado mucho tiempo.
- d) Dejar residuos sobre la superficie.

Respuesta:

La respuesta correcta es la c)

8. En cuanto al mantenimiento del material, señala la afirmación falsa:

- a) Cada material debe usarse para el uso previsto.
- b) Antes de la primera esterilización hay que lavarlo a mano.
- c) Al terminar de limpiarlo se secará.
- d) Se lubricará si fuese preciso.

Respuesta:

La respuesta correcta es la b)

9. Decimos del material que tiene un sistema de cierre, que lo deja fijo, que es:

- a) Regulable.
- b) De mordida.
- c) Ajustable.
- d) Autorretentivo.

Respuesta:

La respuesta correcta es la d)

10. La parte activa de un instrumento de uso sanitario es:

- a) La punta o extremo de este.
- b) La parte que entrará en contacto con los tejidos.
- c) La parte que puede tener o no dientes, punta roma o aguda, etc.
- d) Todas las respuestas son correctas.

Respuesta:

La respuesta correcta es la d)